

Do wszystkich wykonawców

Nasz znak: A-30/8/15

Data: 16.07.2015 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę (wraz z transportem) i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury - pracowni digitalizacji w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Kultura+ priorytet Digitalizacja”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. im. Zbigniewa Herberta udziela odpowiedzi na otrzymane w dniu 16.07.2015 r. zapytanie:

Zapytanie 1:

Zamawiający opisując parametry skanera dziełowego, nie uwzględnił rozdzielczości w jakiej winno skanować urządzenie. Jest to parametr niezwykle istotny przy założeniu, iż przedmiotem skanowania są drogie zbiory.

Czy Zamawiający oczekuje skanera dziełowego w formacie A1, którego minimalny parametr rozdzielczości wynosi 300 dpi?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje że w ofertach będą skanery dziełowe w formacie A1, którego minimalny parametr rozdzielczości będzie wynosił 300 dpi.

Zapytanie 2:

Zamawiający opisując parametry skanera dziełowego, nie zawarł informacji o szybkości dociskowej, będącej elementem wpływającym bezpośrednio na jakość skanów. Jest to parametr niezwykle istotny przy założeniu, iż przedmiotem skanowania są drogie zbiory.

Czy Zamawiający oczekuje skanera dziełowego z automatycznie podnoszoną i opuszczaną szybkością dociskową oraz możliwością skanowania zbiorów z podniesioną szybkością – bez jej uprzedniego demontażu? Pod pojęciem automatycznego podnoszenia i opuszczania szybkości rozumie się taką konstrukcję skanera, która nie będzie wymagać od operatora ręcznego operowania szybkością dociskową.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje że skaner formatu A1 będzie miał możliwość jak największej możliwej automatyzacji pracy operatora urządzenia, a więc automatycznie podnoszoną i opuszczaną szybkością dociskową oraz z możliwością skanowania zbiorów z podniesioną szybkością bez jej uprzedniego demontażu jest jak najbardziej wskazana i pożądana zaleta skanera dziełowego formatu A1.

DYREKTOR

mgr Edward Jaworski